

Inhaltsverzeichnis

AK 1.1 Gehirn durch die offene Fontanelle	3
AK 2.2 Gesamtes Auge	4
AK 2.6 Pachymetrie zur Messung der Hornhautdicke des Auges	5
AK 3.2 Nasennebenhöhlen	6
AK 3.3 Gesichteweichteile, Halsweichteile, Speicheldrüsen	7
AK 3.4 Schilddrüse	8
AK 4.1 Herz und herznahe Gefäße, transkutan	9
AK 4.2 Herz und herznahe Gefäße, transkutan	10
AK 4.3 Herz und herznahe Gefäße, transoesophageal (Jugendliche, Erwachsene)	11
AK 4.4 Herz und herznahe Gefäße, transoesophageal (Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder)	12
AK 4.5 Herz unter physikalischer oder pharmakodynamischer Belastung	13
AK 4.6 Herz unter physikalischer oder pharmakodynamischer Belastung	14
AK 5.1 Thoraxorgane, transkutan	15
AK 5.2 Thoraxorgane, transkavitär	16
AK 6.1 Brustdrüse	17
AK 7.1 Abdomen und/oder Retroperitoneum einschl. Nieren - B-Modus, transkutan (Erwachsene, Jugendliche)	18
AK 7.2 Abdomen, Retroperitoneum einschließlich Nieren, transkutan (Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder)	19
AK 7.3 Abdomen, Retroperitoneum einschließlich Niere, transkavitär	20
AK 8.1 Uro-Genitalorgane (Penis und Skrotum), transkutan	21
AK 8.2 sonstige Uro-Genitalorgane, transkutan	22
AK 8.3 Uro-Genitalorgane, transkavitär	23
AK 8.4 Weibliche Genitalorgane, transkutan	24
AK 8.5 Weibliche Genitalorgane, transkavitär	25
AK 9.1 Schwangerschaftsdiagnostik, transkutan	26
AK 9.2 Schwangerschaftsdiagnostik, transkavitär	27
AK 10.1 Bewegungsapparat	28
AK 10.2 Bewegungsapparat (Säuglingshüfte)	29
AK 11.1 Venen der Extremitäten	30
AK 12.1 Haut einschließlich Subkutis	31
AK 12.2 Haut (subkutanes Gewebe einschließlich Lymphknoten)	32

AK 20.6 Extrakranielle Gefäße, Duplex	33
AK 20.7 Intrakranielle Gefäße, Duplex	34
AK 20.8 Gefäße der Extremitäten, Duplex	35
AK 20.9 Gefäße des Abdomens, Retroperitoneums und Mediastinum, Duplex.....	36
AK 20.10 Gefäße des weiblichen Genitalsystems, Duplex	37
AK 21.7 Herz und herznahe Gefäße, Farbduplex, transthorakal.....	38
AK 21.8 Herz und herznahe Gefäße, Farbduplex, transoesophageal	39
AK 22.1 Fetales kardiovaskuläres System, Farbduplex	40
AK 22.2 Feto-maternales Gefäßsystem, Farbduplex.....	41
AK 23.1 Nerven und Muskeln, Farbduplex.....	42

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 1.1 Gehirn durch die offene Fontanelle

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte und Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Koronares Schnittbild in Höhe des Foramen Monroi	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von	
• grauer und weißer Substanz	<input type="checkbox"/>
• Kerngebieten	<input type="checkbox"/>
• Ventrikelsystem	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 2.2 Gesamtes Auge

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Gesamtdarstellung eines Auges mit Hornhaut und Linse und Rückwand sowie Anschnitt des Sehnervs im Papillenbereich	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen	
<ul style="list-style-type: none"> Hornhaut, Iris, Linse, Glaskörper, Netzhaut, Aderhaut, Sklera, Augenmuskelansätzen und vorderen 2/3 des Sehnervs. 	<input type="checkbox"/>
Wiedergabe der gekrümmten Flächen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 2.6 Pachymetrie zur Messung der Hornhautdicke des Auges

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung der Hornhaut	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Bildschärfe der Hornhautkonturen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 3.2 Nasennebenhöhlen

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung einer Nasennebenhöhle	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen:	
• Knochen und umgebenden Strukturen, Schleimhäuten	<input type="checkbox"/>
• soliden Geweben und Flüssigkeiten	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 3.3 Gesichteweichteile, Halsweichteile, Speicheldrüsen

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung einer Speicheldrüse oder Querschnittsdarstellung einer Seite des Halses (paramedian)	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen: Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen und Gängen sowie soliden Geweben und Flüssigkeiten	<input type="checkbox"/>
Erkennbarkeit von Binnenstrukturen in soliden Geweben/Organen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III
AK 3.4 Schilddrüse

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Querschnitt einer Seite <u>einschl.</u> Größenbestimmung	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen: <ul style="list-style-type: none"> - Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen und Kapselstrukturen - soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>
Erkennbarkeit von Binnenstrukturen in soliden Geweben/Organen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.1 Herz und herznahe Gefäße, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwand und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.2 Herz und herznahe Gefäße, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwand und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.3 Herz und herznahe Gefäße, transoesophageal (Jugendliche, Erwachsene)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwandschichten und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.4 Herz und herznahe Gefäße, transoesophageal (Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwandschichten und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.5 Herz unter physikalischer oder pharmakodynamischer Belastung

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwand und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 4.6 Herz unter physikalischer oder pharmakodynamischer Belastung

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
M-Modus-Darstellung mit Entfernungs- und Zeitmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Position der M-Modus-Linie im B-Modus-Bild	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input checked="" type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Vierkammerblick eines Herzens	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung von Herzhöhlen, Herzwand und Herzklappen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 5.1 Thoraxorgane, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Interkostaler Schrägschnitt	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung der	
• Thoraxwandschichten	<input type="checkbox"/>
• der Pleuralinie zwischen soliden Geweben und Flüssigkeiten	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 5.2 Thoraxorgane, transkavitär

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte und Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung von Speiseröhre oder Aortenbogen oder Truncus pulmonalis mit der dazwischen gelegenen Lymphknotenstation 4L	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung der	
• Wandschichten der Speiseröhre,	<input type="checkbox"/>
• Wandschichten von Trachea/Bronchien,	<input type="checkbox"/>
• Wandschichten großer Gefäße, oder	<input type="checkbox"/>
• mediastinalen Lymphknoten	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III
AK 6.1 Brustdrüse

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung einer Brustdrüse	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen:	
• Binnenstrukturen der Brust einschließlich Gefäßen und Gängen	<input type="checkbox"/>
• soliden Geweben und Flüssigkeiten	<input type="checkbox"/>
in Brust und Thoraxwand.	

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 7.1 Abdomen und/oder Retroperitoneum einschl. Nieren - B-Modus, transkutan (Erwachsene, Jugendliche)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines parenchymatösen Organs <u>und</u> eines Hohlorgans <u>bzw.</u> eines flüssigkeitsgefüllten Organs	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung zwischen:	
<ul style="list-style-type: none"> Wand- und Binnenstrukturen von parenchymatösen Organen, Gefäßen, Gängen, Hohlorgananteilen, Wandschichten des Darms 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 7.2 Abdomen, Retroperitoneum einschließlich Nieren, transkutan (Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung eines parenchymatösen Organs <u>und</u> eines Hohlorgans <u>bzw.</u> eines flüssigkeitsgefüllten Organs	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen:	
<ul style="list-style-type: none"> Wand- und Binnenstrukturen von parenchymatösen Organen, Gefäßen, Gängen, Hohlorgananteilen, Wandschichten des Darms 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel



Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 7.3 Abdomen, Retroperitoneum einschließlich Niere, transkavitär

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines Hohlorgans oder Darstellung des Abgangs des Truncus coeliacus aus der Aorta	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung der	
• Wandschichten der Hohlorgane	<input type="checkbox"/>
• Binnenstrukturen der umgebenden Organe / Gewebe, oder	<input type="checkbox"/>
• Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen und Gängen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 8.1 Uro-Genitalorgane (Penis und Skrotum), transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung eines Hodens mit Nebenhoden oder Querschnitt des Penis	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung:	
<ul style="list-style-type: none"> • Binnenstruktur von Hoden / Nebenhoden bzw. Penis • umgebende Hüllen • Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen und Gängen • solide Gewebe und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 8.2 sonstige Uro-Genitalorgane, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung Niere oder Harnblase einschl. Abgrenzung zur Umgebung (bei Männern mit Prostata)	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen	
<ul style="list-style-type: none"> Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen, Gängen <u>und</u> Hohlorgananteilen <u>sowie</u> soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 8.3 Uro-Genitalorgane, transkavitär

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung der Prostata	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen	
<ul style="list-style-type: none"> Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen, Gängen <u>und</u> Hohlorgananteilen <u>sowie</u> soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 8.4 Weibliche Genitalorgane, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung des Uterus und einer Adnexregion	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von	
<ul style="list-style-type: none"> • Endo- und Myometrium • Binnenstrukturen des Ovars • Blase 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 8.5 Weibliche Genitalorgane, transkavitär

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung des Uterus <u>und</u> einer Adnexregion	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung von	
• Endo- <u>und</u> Myometrium	<input type="checkbox"/>
• Binnenstrukturen des Ovars	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 9.1 Schwangerschaftsdiagnostik, transkutan

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung des Kopfes oder Thorax des Feten	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von Binnenstrukturen von Kopf oder Thorax des Feten gemäß Mutterschafts-Richtlinien	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 9.2 Schwangerschaftsdiagnostik, transkavitär

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung des Kopfes oder Thorax des Feten	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von Binnenstrukturen von Kopf oder Thorax des Feten gemäß Mutterschafts-Richtlinien	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 10.1 Bewegungsapparat

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung eines Hüftgelenks oder Schultergelenks oder zweier anderer großer Gelenke	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung zwischen	
<ul style="list-style-type: none"> • Binnenstruktur von Weichteilen und Muskeln • Knochen, Sehnen, Muskel, Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen • soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 10.2 Bewegungsapparat (Säuglingshüfte)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
siehe Anlage V § 5 der Ultraschall-Vereinbarung	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
siehe Anlage V § 5 Nr. 8 der Ultraschall-Vereinbarung	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 11.1 Venen der Extremitäten

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Längsschnitt einer großen Vene	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung von	
<ul style="list-style-type: none"> • Venenwand • Lumen <u>und</u> Umgebung	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 12.1 Haut einschließlich Subkutis

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 <i>Technische Bildqualität: Organe/Körperregion</i>	
Darstellung der Kutis	<input type="checkbox"/>
9.2 <i>Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale</i>	
Differenzierung	
<ul style="list-style-type: none"> der einzelnen Hautschichten und der Unterhautschicht, Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> zwischen soliden Geweben und Flüssigkeiten 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 12.2 Haut (subkutanes Gewebe einschließlich Lymphknoten)

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung einer Leistenregion mit subkutanem Gewebe	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung zwischen	
• Wand- und Binnenstrukturen von Gefäßen und ggf. Lymphknoten	<input type="checkbox"/>
• soliden Geweben und Flüssigkeiten	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 20.6 Extrakranielle Gefäße, Duplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum, bei pathologischen Befunden Schnittbilder -wenn möglich- in 2 Ebenen, davon eine farbkodierte Dokumentation (bevorzugt im Längsschnitt mit flussgeschwindigkeitsabhängiger und flussrichtungsabhängiger Farbkodierung mit Maßstab) und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße (z. B. A. carotis com.)	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, Darstellung des Frequenzspektrums; B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar; Frequenzspektrum auswertbar abgebildet; Bei Farbduplex: im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 20.7 Intrakranielle Gefäße, Duplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum, bei pathologischen Befunden Schnittbilder -wenn möglich- in 2 Ebenen, davon eine farbkodierte Dokumentation (bevorzugt im Längsschnitt mit flussgeschwindigkeitsabhängiger und flussrichtungsabhängiger Farbkodierung mit Maßstab) und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, Darstellung des Frequenzspektrums; B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar; Frequenzspektrum auswertbar abgebildet; Bei Farbduplex: im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 20.8 Gefäße der Extremitäten, Duplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum, bei pathologischen Befunden Schnittbilder -wenn möglich- in 2 Ebenen, davon eine farbkodierte Dokumentation (bevorzugt im Längsschnitt mit flussgeschwindigkeitsabhängiger und flussrichtungsabhängiger Farbkodierung mit Maßstab) und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße (z. B. A. femoralis, A. brachialis)	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, Darstellung des Frequenzspektrums; B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar; Frequenzspektrum auswertbar abgebildet; Bei Farbduplex: im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 20.9 Gefäße des Abdomens, Retroperitoneums und Mediastinum, Duplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum, bei pathologischen Befunden Schnittbilder -wenn möglich- in 2 Ebenen, davon eine farbkodierte Dokumentation (bevorzugt im Längsschnitt mit flussgeschwindigkeitsabhängiger und flussrichtungsabhängiger Farbkodierung mit Maßstab) und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße (z.B. Längsschnitt A. mesenterica sup. mit Abgangsbereich)	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, Darstellung des Frequenzspektrums; B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar; Frequenzspektrum auswertbar abgebildet; Bei Farbduplex: im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel



Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 20.10 Gefäße des weiblichen Genitalsystems, Duplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität (pseudonymisiert)	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße (z.B. A. uterina)	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung zwischen:	
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, Darstellung des Frequenzspektrums 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Frequenzspektrum auswertbar abgebildet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Bei Farbduplex: im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 21.7 Herz und herznahe Gefäße, Farbduplex, transthorakal

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung mindestens einer der untersuchten Herzhöhlen	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, des Farbdopplerfensters und Darstellung des Frequenzspektrums 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild: Gefäß bzw. Herzhöhle von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf bzw. Herzhöhle im Messbereich erkennbar 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Frequenzspektrum auswertbar abgebildet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Im Farbdopplerfenster: Flussnachweis in durchströmten Strukturen 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 21.8 Herz und herznahe Gefäße, Farbduplex, transoesophageal

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität (pseudonymisiert)	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum	<input type="checkbox"/>
Möglichkeit der synchronen und getriggerten Schreibung des EKG	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung mindestens einer der untersuchten Herzhöhlen	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, des Farbdopplerfensters und Darstellung des Frequenzspektrums 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild: Gefäß bzw. Herzhöhle von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf bzw. Herzhöhle im Messbereich erkennbar 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Frequenzspektrum auswertbar abgebildet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel



Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 22.1 Fetales kardiovaskuläres System, Farbduplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität (pseudonymisiert)	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum.	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, des Farbdopplerfensters und Darstellung des Frequenzspektrums 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Frequenzspektrum auswertbar abgebildet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Im Farbdopplerfenster Flussnachweis in durchströmten Strukturen 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 22.2 Feto-maternales Gefäßsystem, Farbduplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	Vorhanden?
6. Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität (pseudonymisiert)	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene und Dopplerspektrum.	<input type="checkbox"/>
Untere Grenzfrequenz (Wandfilter) ≤ 100 Hz	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung eines der untersuchten Gefäße	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild mit eingeblendeter Achse des PW-Dopplers, des Farbdopplerfensters und Darstellung des Frequenzspektrums 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> B-Bild: Gefäß von Umgebung abgrenzbar, Gefäßverlauf im Messbereich erkennbar 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Frequenzspektrum auswertbar abgebildet 	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Im Farbdopplerfenster: Flussnachweis in durchströmten Strukturen 	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel

Checkliste für die Einreichung einer Bilddokumentation gem. den Inhalten aus Anlage III

AK 23.1 Nerven und Muskeln, Farbduplex

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie selbst feststellen, ob das Bild, das Sie bei der KV Berlin für die **Konstanzprüfung** gem. § 13 i.V.m. Anlage III der Ultraschallvereinbarung einreichen, den aufgelisteten Anforderungen entspricht und die Konstanzprüfung als „bestanden“ gelten kann. **Es müssen alle Punkte erfüllt sein!**

Überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anforderungen anhand des Ultraschallbildes, welches Sie bei der KV Berlin einreichen, und haken Sie die Anforderungen einfach ab, wenn diese auf Ihrer selbst ausgewählten Aufnahme abgebildet sind.

Wir möchten Sie bitten, uns die von Ihnen ausgefüllte Checkliste neben der/den einzureichenden Bilddokumentation/en an die KV Berlin zurückzusenden.

Anforderungen nach Anlage III, Nrn. 6, 9.1 + 9.2	<u>Vorhanden?</u>
6. <i>Bilddokumentation auf einem digitalen oder analogen Medium entsprechend der Archivierungspflicht mit folgenden Inhalten:</i>	
B-Modus-Bild mit Entfernungsmaßstab	<input type="checkbox"/>
Messwerte	<input type="checkbox"/>
Messmarker (Distanz- bzw. Abstandsmessung)	<input type="checkbox"/>
Sendefrequenz oder Sendefrequenzbereich	<input type="checkbox"/>
ggf. gewählte Sendefokusposition	<input type="checkbox"/>
Nulllinie	<input type="checkbox"/>
Wandfilter	<input type="checkbox"/>
Patientenidentität	<input type="checkbox"/>
Untersuchungsdatum	<input type="checkbox"/>
Schallkopfbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Praxisidentifikation	<input type="checkbox"/>
Piktogramm mit Schallkopfposition und -orientierung	<input type="checkbox"/>
Farbduplex: bei nicht-pathologischen Befunden Schnittbild in einer Ebene, bei pathologischen Befunden Schnittbilder -wenn möglich- in 2 Ebenen, davon eine farbkodierte Dokumentation (bevorzugt im Längsschnitt mit flussgeschwindigkeitsabhängiger und flussrichtungsabhängiger Farbkodierung mit Maßstab)	<input type="checkbox"/>
9.1 Technische Bildqualität: Organe/Körperregion	
Darstellung von Nerven, Muskeln, Sehnen, Gefäßen	<input type="checkbox"/>
9.2 Technische Bildqualität: Charakteristische Merkmale	
Differenzierung <ul style="list-style-type: none"> - der Binnenstruktur von Nerven und Sehnen - von soliden Geweben und Flüssigkeit Bei hochfrequenten Schallköpfen: <ul style="list-style-type: none"> - Erkennbarkeit der Nervenechotextur Farbcodierte Strömungsdarstellung der Blutperfusion	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift + Stempel